

УДК 389.14

Группа Т80

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00442-82

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Нестандартизованные средства измерений.
Содержание метрологических требований
в технических условиях

На 4 страницах

ОКСТУ 7502

Дата введения 01.01.83

Настоящий стандарт устанавливает метрологические требования, отражаемые в технических условиях (ТУ) на нестандартизованные средства измерений (НСИ), разрабатываемые в соответствии с ОСТ 1 00231-77 и предназначенные для изготовления периодически повторяющимися партиями.

1. В ТУ на НСИ, разработанных в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114-70, должны быть дополнительно изложены метрологические требования.

№ изм.
№ изд.

1 2
9166 11033

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

4767

Издание официальное



ГР 8245854 от 14.04.82

Перепечатка воспрещена

3. ТУ на НСИ, разрабатываемые в единичном экземпляре по внутренним планам предприятий, согласования с Центральной головной организацией метрологической службы не требуют.

4. ТУ на НСИ должны быть утверждены предприятием-разработчиком НСИ.

5. ТУ на НСИ должны подвергаться метрологической экспертизе в соответствии с требованиями ГОСТ 8.326-78 и ОСТ 1 00221-84.

Инв. № дубликата	
Инв. № оригинала	4767

№ изм.	1	2
№ изд.	9166	11033

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН Министерством

ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЦГФСТУ

за № 8245854 от 14.04.82

2. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2.114-70	1
ГОСТ 8.326-78	1, 5
ГОСТ 8.513-84	1
ОСТ 1 00221-84	5
ОСТ 1 00231-77	1
ОСТ 1 00424-81	1
ОСТ 1 00426-81	1

№ ИЗМ. 2

№ ИЗВ. 11083

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

4767