

УДК 389.14

Группа Т80

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 02537-85

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
АРБИТРАЖНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

На 10 страницах

Введен впервые

ОКСТУ 7502

Распоряжением Министерства от 28 июня 1985 г. № 298-65

срок введения установлен с 1 июля 1986 г.

Настоящий стандарт устанавливает порядок организации, выполнения и оформления результатов арбитражных измерений (АИ) параметров продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий (в дальнейшем изложении — объектов измерения).

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

5332

Издание официальное



ГР 8356799 от 25.07.85

Перепечатка воспрещена

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. АИ - это измерение параметров изделий (деталей, сборочных единиц), сырья, материалов, а также полуфабрикатов, комплектующих изделий, проводимые в случае возникновения разногласий в оценке их показателей качества на соответствие требованиям нормативно-технической документации (НТД) по стандартизации, а также конструкторской и технологической документации.

1.2. АИ проводятся с целью обеспечения необходимого качества выпускаемых изделий путем выявления брака, дефектов, конструктивно-технологических неувязок в процессе производства.

1.3. АИ проводятся при возникновении разногласий в оценке соответствия параметров объектов измерений требованиям НТД между:

- подразделением-изготовителем и подразделением, осуществляющим технический контроль, т.е. бюро технического контроля (БТК);
- подразделением-изготовителем и подразделением-потребителем;
- подразделением-предъявителем и представителем заказчика на предприятии;
- предприятием-изготовителем сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и предприятием-потребителем, в случае принятия Государственным арбитражем решения о проведении АИ на предприятии.

1.4. Решение о проведении АИ должен принимать в случае возникновения разногласий:

- между подразделением-изготовителем и БТК, подразделением-изготовителем и потребителем - главный инженер предприятия;
- между предъявителем и представителем заказчика на предприятии - главный инженер предприятия по согласованию со старшим представителем заказчика;
- между предприятием-изготовителем и предприятием-потребителем - главный контролер предприятия.

1.5. АИ выполняются подразделениями главного метролога предприятия и по указанию главного метролога - специализированными по видам измерения лабораториями и подразделениями предприятия.

При проведении АИ силами предприятия-изготовителя в выполнении измерений должен участвовать представитель подразделения главного метролога или (по решению главного метролога) специалисты других служб и подразделений по соответствующему виду измерений.

Организация АИ по требованию представителя заказчика проводится БТК подразделений. При отсутствии в подразделении БТК вопросы организации возлагаются на работников подразделения. Требование представителя заказчика о проведении АИ является обязательным.

№ изм.

№ изв.

5332

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

1.6. Заключение по результатам АИ является окончательным для принятия решений работниками производства, БТК и представителем заказчика о качестве предъявляемого объекта измерения.

1.7. При несогласии одной из конфликтующих сторон с результатами АИ (при применении средств измерений (СИ) недостаточной точности, несоблюдении условий измерений и т.п.) допускается проведение контрольных АИ на предприятии или в головных (базовых) организациях метрологической службы Министерства или в органах государственных (республиканских) метрологических служб на договорных началах.

1.7.1. Если одной из сторон является представитель заказчика на предприятии, решение о необходимости и месте проведения контрольных АИ принимается главным инженером предприятия по согласованию со старшим представителем заказчика.

1.7.2. Контрольные АИ в случае возникновения разногласий между предприятиями (при необходимости) проводятся с участием представителя органов государственных (республиканских) метрологических служб или в порядке, установленном Госарбитражем, на договорных началах.

1.8. Организация проведения контрольных АИ возлагается на отдел главного метролога предприятия.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ АИ

2.1. Организация работ по выполнению АИ включает:

- принятие решения о необходимости проведения АИ;
- порядок представления объекта измерений на АИ.

2.2. Решение о необходимости проведения АИ должно приниматься в соответствии с требованиями, изложенными в пп. 1.3 и 1.4.

2.3. Порядок представления объекта измерений на АИ

2.3.1. Заинтересованная в проведении АИ сторона (подразделение-заявитель) составляет заказ-наряд с указанием в нем наименования и обозначения объекта измерений по действующей на предприятии документации и подлежащих измерениям параметров, значений их величин и допусков, рабочих СИ, использованных при контроле параметров и т.д. Форма заказ-наряда приведена в обязательном приложении 1.

2.3.2. Объект измерений представляется на АИ комплектно с сопроводительной документацией и при необходимости со специальной контрольной оснасткой и нестандартизованными средствами измерений (НСИ).

№ изм.	1
№ изв.	11735

5332

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	

2.3.3. В комплект сопроводительной документации входят: заказ-наряд, конструкторская и технологическая документация, прошедшая метрологическую экспертизу (МЭ), методика выполнения измерений (МВИ), а для комплектующих изделий, полуфабрикатов, сырья и материалов - сопроводительная документация предприятия-изготовителя, регламентированная ОСТ 1 90007-77, ОСТ 1 41709-77.

2.3.4. Объект измерения должен быть подготовлен подразделением-заявителем для выполнения АИ (измерительные и базовые поверхности очищены от стружки, обезжирены и т.д.).

2.3.5. При необходимости проведения разборки или разрезки детали решение об этом принимается подразделениями, выполняющими АИ, указанные в п. 1.5 (работы проводит подразделение-заявитель). Решение о разрезке детали должно согласовываться с производственным отделом предприятия.

2.3.6. Полностью укомплектованный и подготовленный объект измерений для проведения АИ направляется в соответствующее подразделение, указанное в п. 1.5, где регистрируется в журнале "Регистрация арбитражных измерений".

Форма второго и последующих листов журнала "Регистрация арбитражных измерений" приведена в обязательном приложении 2. Регистрационный номер является номером заключения по результатам АИ (обязательное приложение 3).

2.3.7. Организация доставки укомплектованного и подготовленного объекта измерения на АИ возлагается на подразделение-заявитель. Объект измерений должен направляться на АИ с соблюдением условий, предохраняющих его от повреждений при перемещении (технологическая тара и т.д.).

На изделие, не имеющее индивидуального номера, должна быть нанесена маркировка, которая может наноситься на бирку, пломбу и должна быть указана в заказе-наряде.

При необходимости проверки размеров, которые согласно чертежу обеспечиваются инструментом, вместе с объектом измерения должен направляться на АИ и инструмент.

В случае затруднения транспортирования инструмента в заказе-наряде указываются обозначение и индивидуальный номер инструмента.

2.3.8. При необходимости изготовления специальной контрольной оснастки и НСИ для выполнения АИ заказ-наряд и объект измерения возвращаются подразделению-заявителю с перечнем необходимой оснастки и НСИ и техническими характеристиками оснастки и НСИ.

№ изм.	№ изв.

5332

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

3. ПРОВЕДЕНИЕ АИ

3.1. Абсолютная погрешность арбитражных измерений Δ_A не должна превышать 30 % погрешности, допускаемой при приемочном контроле, и определяется по формуле

$$\Delta_A \leq 0,3 \Delta_{ПК},$$

где $\Delta_{ПК}$ - абсолютная погрешность измерения при приемочном контроле.

3.2. Порядок выбора средств измерений для проведения АИ - по ГОСТ 8.051-81 для геометрических параметров, для других физических параметров - по OCT 1 00375-80, OCT 1 00378-87, OCT 1 02593-86, OCT 1 02714-91 при условии замены допуска контролируемого параметра на двойную погрешность измерения, допускаемую при приемочном контроле.

В случае отсутствия СИ необходимой точности решение о выборе СИ и МВИ принимает главный метролог предприятия.

3.3. АИ проводятся в течение суток (без учета времени на подготовку выполнения измерений - изготовление НСИ, специальной контрольной оснастки и т.д.), если в соответствии с НТД процесс измерений не требует большой продолжительности.

3.4. При необходимости для выполнения АИ применение НСИ, метрологическое обеспечение их разработки, изготовления и эксплуатации осуществляется в установленном на предприятии порядке в соответствии с ГОСТ 8.326-89.

3.5. В случаях невозможности или нецелесообразности демонтажа объекта измерений, затруднения транспортирования или невозможности обеспечения в подразделениях условий для проведения АИ, АИ могут быть проведены непосредственно на рабочем месте.

Условия для их выполнения должно обеспечивать подразделение-заявитель.

3.6. Руководители подразделений, выполняющих АИ, имеют право вызывать представителей конфликтующих сторон для консультации по вопросам, возникающим при выполнении АИ.

При выполнении АИ по требованию представителя заказчика последний имеет право присутствовать при выполнении АИ.

3.7. АИ проводятся в соответствии с действующими методиками выполнения измерений, регламентированными или содержащимися в НТД и других технических документах, разработанных и утвержденных в установленном в отрасли порядке.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АИ

4.1. Исполнитель, проводивший АИ, должен вносить в заключение (см. обязательное приложение 3):

- результаты АИ;
- используемые СИ с указанием аттестатов или свидетельств об их поверке;
- заключение по результатам АИ, где указываются недостатки конструкторской и технологической документации, неправильный выбор баз, допусков, СИ и т.д.

№ изм.	1
№ изв.	11735

5332

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	

Заключение по результатам АИ подписывает исполнитель, проводивший АИ, и руководитель подразделения, где выполнялись АИ.

4.2. Результаты АИ регистрируются в журнале "Регистрация арбитражных измерений" подразделения, выполняющего АИ.

4.3. Ответственность за достоверность и оформление результатов АИ несет руководитель подразделения, выполняющего АИ.

4.4. Объект измерений с НТД, вспомогательным оборудованием, СИ и заказ-нарядом по окончании АИ возвращается подразделению-заявителю.

4.5. Подпись представителя подразделения-заявителя о получении укомплектованного объекта измерений и заключения проставляется в журнале "Регистрация арбитражных измерений".

4.6. Заключение по результатам АИ для принятия решения о разработке организационно-технических мероприятий руководитель подразделения, выполняющего АИ по установленному на предприятии порядку, должен доводить до сведения лиц, принявших решение о проведении АИ.

4.7. Заказ-наряд хранится в подразделении-заявителе до снятия объекта АИ с серийного производства.

№ изм.	
№ изв.	

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	5332

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ФОРМА ЗАКАЗ-НАРЯДА НА ПРОВЕДЕНИЕ АИ

СОГЛАСОВАНО

РАЗРЕШАЮ ПРОВЕДЕНИЕ
АРБИТРАЖНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

должность

подпись инициалы, фамилия
" " _____ 19 г.

должность

подпись инициалы, фамилия
" " _____ 19 г.

ЗАКАЗ-НАРЯД № _____

на проведение арбитражных измерений в _____
подразделение, выполняющее АИ

Объект измерения _____
наименование, шифр, обозначение (номер) изделия

Основание на проведение АИ _____
причина направления объекта измерений на АИ

Номер детали в партии _____ Номер партии _____

Количество деталей _____ шт.

Документация к объекту измерения _____
НТД, чертеж, конструкторская, технологическая документация, паспорт, сертификат

№ изм.
№ изв.

Номер (шифр) объекта измерения	Параметр объекта измерения		Средство, используемое для измерения (контроля) параметра		Результат измерения (контроля)
	Наименование	Номинальное и допустимое значения	Тип	Погрешность	

Примечание. При большом количестве параметров, подлежащих АИ, и средств измерений (контроля) допускается ссылаться на документы, прилагаемые к заказ-наряду.

Подразделение, направляющее объект измерения на АИ _____

Руководитель подразделения _____
подпись, дата инициалы, фамилия

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

5332

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	5332

№ изм.																			
№ изв.																			

ФОРМА ВТОРОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ЛИСТОВ ЖУРНАЛА "РЕГИСТРАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ"
В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ, ВЫПОЛНЯЮЩЕМ АИ

Регист- рацион- ный номер	Подразделение- заявитель	Номер заказа- наряда	Параметр объекта, подвергнутого арбитражным измерениям		Результат арбитражного измерения	Подпись, фамилия получившего заключение и объект измерения, дата	
			Наименование	Номинальное и допустимое значение		принявшего объект измерения, дата	получившего заключение и объект измерения, дата

Обязательное
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _____

по результатам арбитражных измерений к заказ-наряду № _____

Используемые при арбитражных измерениях СИ _____
наименование, тип,

диапазон, погрешность измерения

Номер заказ- наряда	Номер (шифр) объекта измерений	Параметр объекта измерений		Тип применяе- мого СИ	Результат измерений
		Наименование	Номинальное и допустимое значения		

Заключение по результатам АИ _____

Подразделение, выполнявшее АИ _____

Руководитель подразделения _____
подпись, дата инициалы, фамилия

должность исполнителя подпись, дата инициалы, фамилия

№ изм.
№ изв.

5332

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

5332